

# Solvant BAS2

Solvant pour test de BN



Référence : BN9201

Flacon de 500 ml de solvant BAS2 pour test de BN. Permet de déterminer le BN résiduel des huiles usagées.

Le solvant BAS2 doit être utilisé avec le réactif BAS1 ref BN9200.

Le solvant BAS2 est compatible avec les testeurs GESERCO suivants :

- Manomètre à cadran BN Test référence : BN9100
- Testeur Numérique Rapide WT+BN référence : BN9110
- Testeur Numérique Rapide BN Test référence : BN9111